

動物用手術用手袋「ベテナルサージカルグローブ」 箱破損に関して

2025年2月
株式会社トップ

謹啓

時下、益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

常日頃より弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、有難く、厚く御礼申し上げます。

2月より販売再開した弊社製品『ベテナルサージカルグローブ』におきまして、個包装が小さくなったことに起因する中間箱（20双/箱）の脆弱性による破損が報告されました。しかしながら当該製品は今春に包装単位変更を予定しており、現在流通している中間箱（20双/箱）の変更及び箱交換対応が難しいため、このまま販売を継続致します。

度重なるご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。

何卒事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


謹白

記

■対象製品

商品コード	JANコード	商品名	対象品
034221	4996404342210	ベテナルサージカルグローブ 5.5	2025年2月以降の出荷分全て ※使用期限 2027年11月
034222	4996404342227	ベテナルサージカルグローブ 6.0	
034223	4996404342234	ベテナルサージカルグローブ 6.5	
034224	4996404342241	ベテナルサージカルグローブ 7.0	
034225	4996404342258	ベテナルサージカルグローブ 7.5	

■破損内容



個包装の小型化により、中間箱内の隙間が大きくなったため、側面から圧が加わると手袋取り出し口（ミシン目）下部分が破れやすくなっております。

ご不明な点がございましたら弊社担当者にお問い合わせ下さい。